

## 一、引流液收集器傾倒方法及步驟

1. 洗手。
2. 打開引流液收集器蓋子（注意勿碰觸引流液收集器開口以避免感染）。




勿碰觸

3. 將引流液倒入量杯。

4. 將引流液收集器壓扁並蓋回蓋子。



5. 記錄日期時間、引流量及顏色。



## 二、注意事項：

1. 請用夾子固定好引流管，並預留翻身或活動長度，以避免移位或滑脫。
2. 每日檢查引流管有無扭曲、受壓管內有無阻塞物，以維持引流管通暢。
3. 請保持傷口引流處清潔乾燥，並注意傷口有無紅、腫、熱、痛情況。
4. 請每日定時或引流液達收集器容量一半時，倒出引流液並記錄引流量。
5. 請回診時將記錄單提供給醫生，作為是否拔除引流管之參考。



中山醫療社團法人  
**中山醫院**  
Chung Shan Hospital

## 傷口引流管護理指導

### 三、有以下情形請立即返診：

1. 引流液突然增加、減少、變混濁、有異味、無引流液或有大量鮮紅色液體。
2. 引流管、引流液收集器有破損、斷裂或不慎移位、滑脫。
3. 傷口紅、腫、熱、痛、膿樣分泌物或體溫38°C以上時。
4. 傷口出現引流液滲出、紗布滲濕或皮膚有發紅、腫脹感。

### 四、引流管拔除時機：

經醫師評估引流量及傷口癒合情形，將於適當時機拔除引流管。

(以上圖片已經當事人同意)

如對護理指導有問題請洽詢

中山醫療社團法人中山醫院

地址：臺北市仁愛路四段112巷11號

電話：(02)2708-1166

99.02 製、112.05 檢

現代醫療，傳統照顧